Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Mise à jour concernant l'alerte de matériovigilance concernant l'utilisation concomitante de bistouris électriques en présence d'antiseptiques alcooliques

L'Afssaps a diffusé le 08/03/2012 aux correspondants locaux de matériovigilance et directeurs d'établissements des recommandations concernant l'utilisation des bistouris électriques en présence d'antiseptiques alcooliques suite à plusieurs cas d'inflammation et de brûlures. Voir ci-joint la mise à jour de la liste des antiseptiques concernés (19/03/2012) (33 ko).

Lire aussi

- Alerte de matériovigilance concernant l'utilisation concomitante de bistouris électriques en présence d'antiseptiques alcooliques - Information de sécurité (09/03/2012)